



Mast Group Ltd.
Mast House, Derby Road,
Bootle, Merseyside, L20 1EA
United Kingdom
Tel: + 44 (0) 151 472 1444
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
email: sales@mast-group.com
Web: www.mast-group.com



Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld
Germany
Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
email: mast@mast-diagnostica.de
Web: www.mast-group.com

Mast Diagnostic
12 rue Jean-Jacques Mention
CS91106, 80011 Amiens, CEDEX 1
France
Tél: + 33 (0) 3 22 80 80 67
Fax: + 33 (0) 3 22 80 99 22
email: info@mast-diagnostic.fr
Web: www.mast-group.com



Columbia Agar

DM115

Uso previsto

Un medio versátil y nutritivo para el crecimiento de organismos fastidiosos.

Contenido

Ver etiqueta del envase.

Composición*

	Concentración del medio:
Mezcla especial de peptona	20.0g/litro
D-Glucosa	0.5g/litro
Almidón	1.0g/litro
Cloruro de sodio	5.0g/litro
Agar A	12.5g/litro
pH final: 7.3 ± 0.2	

Conservación y caducidad

Todos los contenedores de medios de cultivo deshidratados deben permanecer herméticamente cerrados y almacenados en un lugar seco a 10 a 25°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del envase.

Precauciones

Exclusivamente para uso diagnóstico *in vitro*. Respetar las precauciones de seguridad y utilizar técnicas asépticas. Debe ser utilizado solo por personal de laboratorio cualificado y con experiencia. Antes del desecho, esterilizar todo el material biológico. Consultar la fecha de seguridad del producto (disponible si se requiere o a través de la página en Internet de MAST®).

Materiales requeridos pero no proporcionados

Accesorios y productos para análisis microbiológico de base, por ejemplo: anillos para análisis, suplementos selectivos MAST®, esponjas, torundas, incineradores y termostatos, etc... Otros, como reactivos bioquímicos y serológicos, y aditivos como sangre.

Procedimiento

1. Suspender arremolinando 39.0g de polvos en 1 litro de agua destilada o desionizada.
2. Autoclave a 121°C (15 p.s.i.) durante 15 minutos.
3. Enfriar a 50 a 55°C y mantener a esta temperatura en una cubeta. Añadir el 5 a 7% de sangre desfibrinada y estéril de caballo u oveja según se requiera. Agar sangre climatizada (de chocolate) también puede ser preparado. Suplementos de crecimiento alternativos pueden ser usados.
4. Si se requiere, el medio puede hacerse selectivo añadiendo varios suplementos selectivos MAST®.
5. Verter en las placas de cultivo (15 a 20ml en cada placa) y dejar solidificar.

6. Después de la preparación, las placas deben ser usadas inmediatamente o ser conservadas en bolsas de plástico a 2 a 8°C durante máximo de una semana.
7. Inocular las placas directamente mediante el método del rayado, buscando colonias simples.
8. Incubar las placas aeróbicamente durante 18 a 24 horas y anaeróbicamente hasta un máximo de 72 horas a 35 a 37°C (o a temperaturas alternativas de acuerdo con la metodología seguida).

Interpretación de resultados

Después de la incubación, registrar el crecimiento de microorganismos. Las características típicas que se deben observar incluyen: tamaño de la colonia y morfología, pigmentación y hemólisis en el medio que contenga sangre.

Control de calidad

Comprobar si hay signos de deterioro. El control de calidad debe ser llevado a cabo con al menos un organismo que demuestre la actuación esperada. No usar si el resultado del control del microorganismo es incorrecto. La lista de abajo ilustra una variedad de actuaciones de las cepas de control de uso rutinario, que el usuario final puede obtener fácilmente.

Microorganismos	Resultados
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC® 19615	Crecimiento, β-hemólisis
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853	Crecimiento, pigmentación
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC® 49766	Crecimiento

Referencias

Bibliografía disponible si se requiere.